

Handläggare:
Linda Lundberg

Vägledning vid förskrivning av madrasser

Avtalsnamn: Madrasser och glidlakan – Länsupphandling

Avtalsnr: U- -196-2022

Avtalstid: 2023-10-01- 2025-09-30, med möjlighet till förlängning 2 år

”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från Khs ”Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel.”

Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Sortimentet av B-hjälpmedel skiljer sig mellan kommunerna i KHS samverkansområde. Sortimentgruppen har därför valt att endast ha med det tidigare upphandlade sortimentet.

Inledning

Från och med 1 oktober 2023 gäller ett nytt avtal på madrasser. I vägledningen hittar ni kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs hemsida.

Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare.

Vägledningen gäller endast upphandlade produkter och begagnat sortiment, alltså inte leverantörernas övriga produkter.

Tänk på

När sänggrindar används på vårdsäng får avståndet från madrass till sänggrindens överkant ej underskrida 22 cm. Vid förskrivning av madrasser högre än 14 cm så krävs förhöjda grindar.

Leverantörer med avtal från och med 2023-10-01:

www.careofsweden.se

www.comco.se

www.invacare.se

www.jarven.se

www.palliance.se

[Länk till Hjälpmedelstjänsten hittar ni i webSESAM.](#)

Förenklad avtalsinformation madrasser 2023-10-01- 2025-09-30, med möjlighet till förlängning 2 år

Avtalsnamn: Madrasser och glidlakan Länsupphandling

Avtalsnr: U-196-2022

Avtal har tecknats med nedanstående firmor:

COMCO

PALLIANCE

Invacare

Järven

Care of Sweden

Hjälpmedel	Produkt	Leverantör
Bas madrass, t o m sårkategori 1	Stratum Sense med hygienöverdrag Sense	COMCO
Ersättningsmadrass, t o m sårkategori 2	Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 med hygienöverdrag Hyper Foam PLUS Clinic Green- line 302	PALLIANCE
Ersättningsmadrass, t o m sårkategori 2, tung brukare	Dacapo Ampla med hygienöverdrag Dacapo Ampla	Invacare
Toppmadrass, t o m sårkategori 2	Melissa 12 med hygienöverdrag RX-5	Järven
Ersättningsmadrass t o m sårkategori 3	MAXX250 Clinic Green- line 302 med hygienöver- drag MAXX250 Clinic Greenline 302 och väska	PALLIANCE
Toppmadrass, t o m sårkategori 3	CuroCell S.A.M Pro komplett madrass med pump, hygienöverdrag Steel	Care Of Sweden
Ersättningsmadrass, t o m sårkategori 4	CuroCell A4 CX20 komplett madrass med pump och hygienöverdrag Olivia och väska	Care of Sweden
Låg basmadrass/ distansmadrass	Prima 6 med hygienöverdrag Marin	Care of Sweden

Innehållsförteckning

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och klicka på produktnamnet;

1. [Basmadrass, skum, t o m sårkategori 1](#)
Stratum Sense med hygienöverdrag Sense
2. [Ersättningsmadrass, skum, t o m sårkategori 2](#)
Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 med hygienöverdrag Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302
3. [Ersättningsmadrass, skum, t o m sårkategori 2, tunga brukare](#)
Dacapo Ampla med hygienöverdrag Dacapo Ampla
4. [Toppmadrass, skum, t o m sårkategori 2](#)
Melissa 12 med hygienöverdrag RX-5
5. [Ersättningsmadrass, skum, t o m sårkategori 3](#)
MAXX250 Clinic Greenline 302 med hygienöverdrag MAXX250 Clinic Greenline 302 inkl. väska
6. [Toppmadrass, luft, t o m sårkategori 3](#)
CuroCell S.A.M Pro luftmadrass komplett med pump och hygienöverdrag Steel
7. [Ersättningsmadrass, luft, t o m sårkategori 4](#)
CuroCell A4 CX20 komplett madrass med pump och hygienöverdrag Olivia inkl. väska
8. [Låg basmadrass/distansmadrass](#)
Prima 6 med hygienöverdrag Marin

Bas madrass, skum, t o m sårkategori 1

Klass 1. Hel hud med lokaliserad rodnad som inte bleknar vid tryck. Andra tecken såsom missfärgning av huden, värmeökning, ödem och förhårdnad av huden kan också indikera tryckskada.

<http://www.vgregion.se/skassarwebben>

Begagnat sortiment

Prima 12, Care of Sweden

Avtalat sortiment

Produktnamn: Stratum Sense

Leverantör: Comco

Standardutförande

Komplett madrass med heltäckande, avtagbart hygienöverdrag

Brukarvikt

0–150 kg

Madrasshöjd

14 cm

Benämning	Artikelnummer i webSESAM
Madrass Stratum Sense 85*200*14 med hygienöverdrag Sense	48462
Madrass Stratum Sense 90*200*14 med hygienöverdrag Sense	48463

Tillbehör	Artikelnummer i webSESAM
Evakueringsöverdrag 85/90*200*14	48464

Reservdelar	Artikelnummer i webSESAM
Hygienöverdrag Sense 85*200*14	48465
Hygienöverdrag Sense 90*200*14	48497



[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Ersättningsmadrass, skum, t o m sårkategori 2

Klass 2. Delhudsskada i överhuden (epidermis). Såret är ytligt och kan ses som en blåsa eller avskavning av huden.

<http://www.vgregion.se/skassarwebben>

Begagnat sortiment

Optimal Care, Care of Sweden

Avtalat sortiment

Produktnamn: Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302

Leverantör: PALLIANCE

Standardutförande

Komplett madrass med heltäckande, avtagbart hygienöverdrag

Brukarvikt

0-140kg


Madrasshöjd

14 cm

Benämning	Artikelnummer i webSESAM
Madrass Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 85*200*14 med hygienöverdrag Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302	48451
Madrass Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 90*200*14 med hygienöverdrag Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302	48450
Madrass Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 105*200*14 med hygienöverdrag Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302	48452

Tillbehör	Artikelnummer i webSESAM
Evakueringsöverdrag EVAQ PRO 85*200*14	48459
Evakueringsöverdrag EVAQ PRO 90*200*14	48460
Evakueringsöverdrag EVAQ PRO 105*200*14	48461
Förlängningsdel Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 85*20*14	48453
Förlängningsdel Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 90*20*14	48454
Förlängningsdel Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 105*20*14	48455
Förlängningsdel Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 85*10*14	48596
Förlängningsdel Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 90*10*14	48597
Förlängningsdel Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 105*10*14	48598

Reservdelar	Artikelnummer i webSESAM
Hygienöverdrag Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 85*200*14	48456
Hygienöverdrag Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 90*200*14	48457
Hygienöverdrag Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 105*200*14	48458



[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Ersättningsmadrass, skum, t o m sårkategori 2, tunga brukare

Klass 2. Delhudsskada i överhuden (epidermis). Såret är ytligt och kan ses som en blåsa eller avskavning av huden.

<http://www.vgregion.se/skassarwebben>

Begagnat sortiment

Da Capo Heavy User Light, Invacare

Avtalat sortiment

Produktnamn: Dacapo Ampla

Leverantör: Invacare

Standardutförande

Komplett madrass med heltäckande, avtagbart hygienöverdrag

Brukarvikt

0–350 kg

Madrasshöjd

15 cm

Benämning	Artikelnummer i webSESAM
Madrass Dacapo Ampla 85*200*15 med hygienöverdrag Dacapo Ampla	48466
Madrass Dacapo Ampla 90*200*15 med hygienöverdrag Dacapo Ampla	48467
Madrass Dacapo Ampla 105*200*15 med hygienöverdrag Dacapo Ampla	48468

Tillbehör	Artikelnummer i webSESAM
Evakueringsöverdrag madrass Dacapo Ampla 85/90*200*15	48480
Evakueringsöverdrag madrass Dacapo Ampla 100/105*200*15	48487
Förlängningsdel Dacapo 85*10*15	48513
Förlängningsdel Dacapo 85*20*15	48469
Förlängningsdel Dacapo 90*10*15	40829
Förlängningsdel Dacapo 90*20*15	40831
Förlängningsdel Dacapo 105*10*15	40829

Reservdelar	Artikelnummer i webSESAM
Hygienöverdrag Dacapo Ampla 85*200*15	48498
Hygienöverdrag Dacapo Ampla 90*200*15	48486
Hygienöverdrag Dacapo Ampla 105*200*15	48499



[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Toppmadrass skum, t o m sårkategori 2

Klass 2. Delhudsskada i överhuden (epidermis). Såret är ytligt och kan ses som en blåsa eller avskavning av huden.

<http://www.vgregion.se/skassarwebben>

Begagnat sortiment:

Optimal 5zon BM

Avtalat sortiment

Produktnamn: Melissa 12

Leverantör: Järven

Standardutförande

Komplett toppmadrass, skum, med heltäckande avtagbart hygienöverdrag

Brukarvikt

0-150kg

Madrasshöjd

6 cm

Benämning	Artikelnummer i webSESAM
Madrass Melissa 12 85*200*6 med hygienöverdrag RX-5-Resår	48470
Madrass Melissa 12 90*200*6 med hygienöverdrag RX-5-Resår	48471

Reservdelar	Artikelnummer i webSESAM
Hygienöverdrag RX-5-Resår 85*200*6	48479
Hygienöverdrag RX-5-Resår 90*200*6	48478



[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Ersättningsmadrass skum, t o m sårkategori 3

Klass 3. Fullhudsskada som även omfattar skada på, eller av underhudsvävnad (subcutan) och som kan nå ner till, men inte genom, underliggande stödjevävnad (fascia).

<http://www.vgregion.se/skassarwebben>

Begagnat sortiment

CuroCell Area Zone, Care of Sweden

Avtalat sortiment

Produktnamn: MAXX250 Clinic Greenline 302

Leverantör: PALLIANCE

Standardutförande

Komplett ersättningsmadrass, luft och skum, med hygienöverdrag och väska

Brukarvikt

0–250 kg


Madrasshöjd

18 cm

Benämning	Artikelnummer i webSESAM
Madrass MAXX250 Clinic Greenline 302 85*200*18 med hygienöverdrag MAXX250 Clinic Greenline 302 och väska	48476
Madrass MAXX250 Clinic Greenline 302 90*200*18 med hygienöverdrag MAXX250 Clinic Greenline 302 och väska	48477

Tillbehör	Artikelnummer i webSESAM
Evakueringsöverdrag EVAQ PRO XL 85*200*18	48474
Evakueringsöverdrag EVAQ PRO XL 90*200*18	48475

Reservdelar	Artikelnummer i webSESAM
Hygienöverdrag MAXX250 Clinic Greenline 302 85*200*18	48473
Hygienöverdrag MAXX250 Clinic Greenline 302 90*200*18	48472
Transportväska MAXX250 Clinic Greenline 302	48496



[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Toppmadrass luft, t o m sårkategori 3

Klass 3. Fullhudsskada som även omfattar skada på, eller av underhudsvävnad (subcutan) och som kan nå ner till, men inte genom, underliggande stödjevävnad (fascia).

<http://www.vgregion.se/skassarwebben>

Begagnat sortiment:

CuroCell S.A.M. Pro, Care of Sweden

Avtalat sortiment

Produktnamn: CuroCell S.A.M. Pro

Leverantör: Care Of Sweden

Standardutförande

Komplett toppmadrass, pump, med hygienöverdrag

Brukarvikt

0–250 kg

Madrasshöjd

10 cm

Benämning	Artikelnummer i webSESAM
Madrass CuroCell S.A.M. Pro 85*200*10 med pump och hygienöverdrag Steel	45325
Madrass CuroCell S.A.M. Pro 90*200*10 med pump och hygienöverdrag Steel	45326

Tillbehör	Artikelnummer i webSESAM
Inneröverdrag soft CF 10 85*200*10	33856
Inneröverdrag soft CF 10 90*200*10	45390
Madrassväska CuroCell 45x45x15cm	45327

Reservdelar	Artikelnummer i webSESAM
Hygienöverdrag Steel 85*200*10	36628
Hygienöverdrag Steel 90*200*10	38225



[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Ersättningsmadrass, luft, t o m sårkategori 4

Klass 4. Omfattande skada, vävnadsnekros eller skada av muskler, ben eller stödjande strukturer med eller utan fullhudsskada. OBS! En svart nekros bedöms som grad 4 även om huden är intakt.

<http://www.vgregion.se/skassarwebben>

Begagnat sortiment

CuroCell Auto 420, Care of Sweden
CuroCell A4, Care of Sweden

Avtalat sortiment

Produktnamn: CuroCell A4 CX20
Leverantör: Care of Sweden

Standardutförande

Komplett ersättningsmadrass, luft, med pump, med hygienöverdrag och väska

Brukarvikt

0–250 kg

Madrasshöjd

20 cm

Benämning	Artikelnummer i webSESAM
Madrass CuroCell A4 CX20 85*200*20 med pump, hygienöverdrag Olivia och väska	47051
Madrass CuroCell A4 CX20 90*200*20 med pump, hygienöverdrag Olivia och väska	47052

Reservdelar	Artikelnummer i webSESAM
Hygienöverdrag Olivia/CC 85*200*19	45334
Hygienöverdrag Olivia/CC 90*200*19	45335
Madrassväska CuroCell 45*55*36	45330



[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Låg basmadrass-distansmadrass, skum

Distansmadrass för placering under luftfyllda toppmadrasser

Begagnat sortiment

Madrass Prima 6, Care of Sweden

Avtalat Sortiment

Produktnamn: Prima 6

Leverantör: Care of Sweden

Standardutförande

Madrass med heltäckande, avtagbart överdrag

Madrasshöjd

6 cm

Benämning	Artikelnummer i webSESAM
Madrass prima 6 85*200*6 med hygienöverdrag Marin	45323
Madrass prima 6 90*200*6 med hygienöverdrag Marin	45324

Reservdelar	Artikelnummer i webSESAM
Hygienöverdrag Marin 85*200*6	45321
Hygienöverdrag Marin 90*200*6	45322



Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och utvärdering av inkomna anbud):

Carina Ljung-Arvidsson, förrådspersonal, Kalmar kommun
Theresia Karlsson, förrådspersonal, Oskarshamns kommun

Malin Hult, sjuksköterska Kalmar kommun (Borgholm, Kalmar och Mörbylånga)

Jessica Siljebring, sjuksköterska, Emmaboda kommun (Emmaboda, Nybro och Torsås)

Niclas Aldorsson, fysioterapeut, Emmaboda kommun (Emmaboda, Nybro och Torsås)

Christina Ivarsson, arbetsterapeut Högsby kommun (Högsby, Mönsterås och Oskarshamn)

Emma Stenborg, arbetsterapeut Västervik kommun (Hultsfred, Vimmerby och Västervik)

Linda Lundberg, hjälpmedelskonsulent, KHS
Fredrik Thunberg, hjälpmedelskonsulent, KHS
Nelly Larsson, förrådsassistent, KHS Kalmar
Farah Mahdi, administratör, KHS

Alexandra Didriksson, upphandlare, Upphandlingsenheten i Västerviks kommun